

## 作業の実績写真

(エア用タンクをヘリウムガスのバッファとして転用)

写真はアネスト製 600L

入荷したタンクを2-3日かけ真空引きします。  
 こうする事でタンクの水圧試験時における水分を出来るだけ除去します。



真空放置で問題なければ  
 ヘリウムガス(または窒素)を導入します。



設置場所への搬入  
 既存機器あれば撤去搬出

専用吊具による位置決め、アンカー固定



設置完了です。



場合により現地真空引きもあります。



設置後ヘリウム純度の確認をしています。

